



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 8-11-23 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JUNIER ADUQUEO No. Orden: []

Codigo Equipo: NN-3603B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA			SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	SANO	CLASIFICADO				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEODAS	OBSERVACIONES	
					Descripción			REJILLAS	FILTRO	BASE	BASE (1-10)	BARRA (1-10)	BARRA (11-20)			(1-10)
					(1-10)	(11-20)	(21-30)									
	15182	65	934	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Genera Alarma		No	Si	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malu				
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA MANGERA TUBO de REFRIGERACION															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA						Buena	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.3 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguja o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: []

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	FILTRO INTERNO	1		PROTECTOR DISPLAY	1
	MANGERA TAMIZES	1		TAMIZES	2
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Manera:	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (SL-L2-E2))	SI
3	Conexión eléctrica	Adición alarma sonora	SI
4	Desconexión control de fuga	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Adición de presión de aire	Observa funcionamiento de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEODAS	OBSERVACIONES	
					Descripción			REJILLAS	FILTRO	BASE	BASE (1-10)	BARRA (1-10)	BARRA (11-20)			(1-10)
					(1-10)	(11-20)	(21-30)									
	15184	63	934	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51			

FIRMA MANTENIMIENTO: []