



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-PR-009  
Version 2 Fecha Actualización 13/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 8-11-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONICE AGUDELO No. Orden

Código Equipo NV-10583 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entries for 'FILTRO LATERAL DESGATE' and 'FILTRO CENTRAL DESGATE'.

Table with columns: El Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, 'Flujo a 0'), REGULAS, FLETRON, BARR, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 205636495.1.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.E.V.', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries for 'FILTRO INTERNO', 'MANGERA TAMIZES', and 'MANGERA INYECTOR'. Includes a handwritten 'K7'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión sensor de flujo', and 'Activación de válvula de cierre'.

Table with columns: El Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, 'Flujo a 0'), REGULAS, FLETRON, BARR, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 205636495.7.