



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-MAN-FR-001
 Versión: 2
 Fecha Actualización: 15/03/2016
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **3-11-23** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento **JONIER AGUIRRE** No. Orden:

Código Equipo: **2017100000139** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
PALEX	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	AL REPOSICION	REPOSICION LABORADA
			FILTRO CENTRAL de SDATE	1		SI No
			FILTRO LATERAL de SDATE	2		SI No

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUOROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Fuga	"Fuga a 0"	REGLAS	FILTROS	BASE	BASE					MANGA	RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						(SI-NO)	(SI-NO)					

18520364 86.6 51 51 51 51 51 51 51 51 51

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Gener. Alarma: No

2. RUIDO EXTRAÑO: Si No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

6. DAÑOS IDENTIFICADOS: **PUREZA 7-86.6**

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena

Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Coverción electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		TAMIZES	2
	AMILLOS MINI	2		VALVULA de CICLOS	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Cierre Supratras)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LSD Fuga o LSD Sonoro) y (L1 L2 E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión manual de Fuga	Desactivación alarma sonora	SI
5	Activación de válvula de ciclo	Clasificación correcta de estado de válvula de controlador	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUOROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Fuga	"Fuga a 0"	REGLAS	FILTROS	BASE	BASE					MANGA	RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						(SI-NO)	(SI-NO)					

1851316 64 95.1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51