



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GADMAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remite: 8-11-23 Remite: Auxiliar Mantenimiento: Juana Avudelo No. Orden:

Código Equipo: DM210719393 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'PRUEBAS DE ALARMA' with columns for various sensors and 'OBSERVACIONES'.

Table with columns: Et. Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '1. CICLADO' and '2. RUIDO EXTRAÑO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 5 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Maestro', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', and 'Activación de sonda de aire'.

Table with columns: Et. Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '1054'.