ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 11-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-4050B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ITEMS REPORTADO O REPARADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAMBIADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL RECIBE	RECIBE CAMBIADO
			Adesivo Velcro Para disposte			Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ITEMS REVISADOS O CAMBIADOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (20 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (20 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	MANGA (50 - MO)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	15027	6.4	95%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genera Alarma: No / Si / Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas / Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Juntas Por las Bandejas de las Puertas

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Manguera de Tamizes	1		Tamizes	2
	Pila	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fujimato)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	SI
5	Activacion de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire se comprueba	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

De Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (20 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (20 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	MANGA (50 - MO)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	15032	67	94%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: