



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAG-MAU-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 14-11-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADUJELO No. Orden:

Código Equipo: NN-3050 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking pest contamination and isolation dates.

Table with columns: In Mantenimiento (PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUIDOS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 484465952.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.E.V.', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists parts like 'KIT MANGERA TANQUES' and 'MANGERA TANQUE OTIGANO'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Medio', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión rápida de flujo', and 'Activación de válvula de aire'.

Table with columns: In Mantenimiento (PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUIDOS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 484964953.