ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 14-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER ASUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-30743 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORMACIÓN DE REPORTADO O REPORTADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPUESTO	REPUESTO ENTREGADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	Pila (SI / NO)	"Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
	19783	6.5	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGAS EN BALBULA DE SICLOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
7	Otros:		
8	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO	1		ACOPLE A TUBO HUMIFICADOR	1
	Kit MANGERA TAMIZOS	1			
	MANGERA TRAVE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre hipotetico)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
7	Otros:		
8	Otros:		
	Otros:		

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	Pila (SI / NO)	"Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
19786	6.5	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: