



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-MA-MP-028
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14-11-23
Ramón #
Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO
No. Orden

Código Equipo: NN-3746B
Fecha Inicio Labor
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DIAGNÓSTICO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, G. REPARACIÓN, RESULTADO, OBSERVACIONES. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes rows for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for: 1. Estado Pila S.E.V., 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma.

Descripción del deterioro identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes entries for: FILTRO INTERNO, KIT MANGERA TANQUES, MANGERA TANQUE OXIGENO.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for: Flujo a 0 (Cierre Regulador), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Conexión correcta de Pila, Activación de sensor de nivel.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes a row for 'FIN DE MANTENIMIENTO'.