ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 09-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Jonica Agudelo | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO A:

Codigo Equipo: NN-4091B | Firma Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: | NO: | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

FALTA	DAÑO	CLARECASO	DESCRIPCION	CANT. DAÑO	ID. REPUESTO	REPUESTO DISPONIBLE	
			Cumulso de Repuesto que			Si	No
			Contiene el Vaso Humidificador			Si	No
			Remache velcro	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACTURA:

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO	ALTO	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(l/m)	(+-7 PSI)	(19% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-EE)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	2254	36A	95.6	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Mal.

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Fuga Por las Valvulas de Cierre

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
	Otros		

Descripcion del Diagnóstico Identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TARJETA FLUJO	1			
	TARJETA PRICIPAL				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - EE)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-EE)	SI
2	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión conjunto de flujo	Desconectar linea eléctrica	SI
4	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire se comprueba	SI
5	Otros		
6	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO	ALTO	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(l/m)	(+-7 PSI)	(19% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-EE)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	2255	36	95.3	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: