



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAN-FR-008
 Versión 2 Fecha Actualización 13/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: **20-11-23** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden _____

Código Equipo: **NN-271B** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIBENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS		FILTROS					BASE	
					(2-40)	(2-41)	(2-42)	(2-43)	(2-44)	(2-45)	(2-46)	(2-47)	(2-48)	(2-49)				(2-50)	(2-51)
171536.6	952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No		SI		Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malu			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuese	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
TARJETA	FIUJO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre hidrometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea electrónica	SI
5	Activación de válvula de flujo	Obtención manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIBENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS		FILTROS					BASE	
					(2-40)	(2-41)	(2-42)	(2-43)	(2-44)	(2-45)	(2-46)	(2-47)	(2-48)	(2-49)				(2-50)	(2-51)
1715466	953	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO		