



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-AMU-FR-008
 Versión: 2
 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remedi: **20-11-23** Ramo: **1** Auxiliar Mantenimiento: **JONIR AYOUCO** No. Orden: **1**

Código Equipo: **NN-4405 B** Fecha Inicio: **20-11-23** Hora Inicio Labor: **08:00** Fecha Fin: **20-11-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
VALERA	DIRIGIDA				
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	UNIFORME	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a P"					REGULAR	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	20163	6.6	96.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANDUETAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUJA EN BOMBULAS DE SICIOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuera	SI
6	Otros		SI
7	Otros		SI

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 2 (Cierre Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SI-LI-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión sensor de fuga	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obrar manifiesto de salida de aire al someterse	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	UNIFORME	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a P"					REGULAR	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	20164	6.4	95.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
FINA MANTENIMIENTO																