ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión: 20-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3549B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CANTIDAD
			KIT MANGUERA ABALBULA DESICIOS	1		Si / No
			TAMIZES	2		Si / No
			FILTRO CENTRAL POR DESVASTE	1		Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (0-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LL-LS-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	27001	65	89	5l	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Fuga Por las Valvulas de los Cicios

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

PUREZA 1.89

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1		Kit de Manguera Tamices	1
	Tornillo a Vieta	1		Anillos	2
	Pila	1		Manguera Tanque de Oxigeno	1

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	SI
5	Activacion de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (0-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LL-LS-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	27002	65	95.1	5l	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: