OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	22-11-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonice Agudelo	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN- 4442B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACIÓN REPORTADO O RECIBIDO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Q. RECIBIDA					
						SI		NO		
						SI		NO		
						SI		NO		
						SI		NO		
						SI		NO		
						SI		NO		
						SI		NO		

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BANDA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	29682	6.5	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	MANTENIMIENTO GENERAL PUREZA 7.85								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
0	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
7	Otros:		
8	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
2	Activacion de valvula de alivio	Observar manguera de salida de aire se contraiga	SI
7	Otros:		
8	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BANDA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	29683	6.5	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO