# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Remisión | 22-11-23 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | JONIER AGUDELO | No. Orden | |
| Código Equipo | NN-14248 | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | |

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ____ NO ____ FECHA INICIO AISLAMIENTO ____ FECHA FIN AISLAMIENTO ____

**INFORMACIÓN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADO | CANTIDAD ENTREGADO | REQUIERE CAMBIO | | REQUIERE CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR TÉCNICO**

**INFORMACIÓN DILIGENCIADA POR TÉCNICO**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (20% - 99%) | FLUJOMETRO (30 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 145364 | 93.5 | SI | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | | Genero Alarma | No | | Si | | Cual? |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | | | Con Sobrecalentamiento | | | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumatica del equipo | SI |
| 3 | Conexión electrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

| CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kit MANGUERA TAMIZES | 1 | | | |
| | JUNTA HERMETICA ANILLOS | 2 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre fluxómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | SI |
| 3 | Desconexión electrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | SI |
| 5 | Activación de valvula de aire | Observar manguera de salida no aire es comprimido | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (20% - 99%) | FLUJOMETRO (30 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14539 | 63 | 92.3 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

FIRMA MANTENIMIENTO ____