ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 23-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICE AGUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ___ NO ___ | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

INFORMACION REPORTADA POR EL OPERARIO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAMBIO REPUESTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL EQUIPO QUEDO FUNCIONANDO			
			FILTRO LACTERAL	DESGASTE 2		SI		NO
			FILTRO CENTRAL	DESGASTE 1		SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	20439	64	88	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No ___ Si ___ Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI ___ NO ___ | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas ___ Malas ___ | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno ___ Malo ___

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PURE2AY.88

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena ___ Con Sobrecalentamiento ___

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	SI
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGUERA TAMIZES	1		TAMIZES	2
Kit	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica actuacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activacion de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de consumo	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	20440	64	960	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: