| OXIPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO<br>Codigo: GAO-MAN-FR-008<br>Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2016<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

| Fecha Remisión | 23-11-23 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | JONIER ADUOLIO | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | NN-3593B | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

INFORMA DEPORTADO OPERACIONES DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | SUPUESTO CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11921 | 65 | 95.8 | S1 | S1 | S1 | ES | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Bueno | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | S1 |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | S1 |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | S1 |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | S1 |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | S1 |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | S1 |
| 1 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | S1 |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | S1 |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | S1 |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | S1 |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11922 | 65 | 95.4 | S1 | S1 | S1 | ES | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | FIRMA MANTENIMIENTO |