



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: SAC-AM-PR-009  
 Versión: 2  
 Fecha Actualización: 17/10/2018  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **23-11-23** Remisión #: \_\_\_\_\_ Auditor Mantenimiento: **JONKER ANDRELO** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NM-293** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
VALVE	COND.				
					SI
					No
					SI
					No
					SI
					No
					SI
					No
					SI
					No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DISEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Flujo a 1"		REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MUES			SEAL
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	0715	65	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO: Tiempo de la prueba \_\_\_\_\_ Generó Alarma: No  Si  Cuel? \_\_\_\_\_

2. RUIDO EXTRAÑO: Si  No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas  Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena  Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Y. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Con sobrecalentamiento: \_\_\_\_\_

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujumetri)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DISEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Flujo a 1"		REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MUES			SEAL
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	0716	63	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

FIRMA MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_