



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAO-MAN-FR-008
 Versión 2 Fecha Actualización: 11/10/2016
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: **28-11-23** Revisión # Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ABRUÑO** No. Orden:

Código Equipo: **NN-46713** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

AREA	CANT.	CLASIFICACION	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO
PCOPIE ROCA TUBO HUNIFICADOR						
	1				SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES (ADOR POR PAGAR):

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 5"						REJILLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	15398	6.6	95.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI				

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Generó Alarma: No Si Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO

3. ESTADO DE MANQUERAS: Buena Mala

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **MANTENIMIENTO GENERAL**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: T. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo x 0 (Cama fujante)	Se verifica activación de alarmas (LL-10 - ES)	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-15-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de Flejo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 5"						REJILLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	1540064	95.2	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO			