



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SACMAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 28-11-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: JONICA ADVICIO No. Orden:

Código Equipo: NN-925B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'VALOR' and 'CANTIDAD'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 0222 65 952 SI, SI-SI, ES, SI-SI-SI-SI-SI-SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, leaks, electrical connections, and alarm test.

Table with columns: Descripción del diagnóstico identificado, CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, electrical disconnection, and air flow.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 022463 948 SI, SI-SI, ES, SI-SI-SI-SI-SI-SI.