OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión	29-1123	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONICA AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	SN01146044	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ÚLTIMA SOLICITUD DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° REPUESTO	CONTRATO CERRADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PACIENTE

PERIODO DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0" LED ES				BASE	MANIJA		
	(Hrs)	(0 - 7 PSI)	(92% - 98%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)		(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
35550	67	95.2	SI	SI	SI	ES		SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

N° Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
	(Hrs)	(0 - 7 PSI)	(92% - 98%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LED ES)	(SI-No)	(SI - No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
35555467		95.3	SI	SI	SI	ES		SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO