



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAU-F6-009
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-11-23
Remisión a:
Asesor Mantenimiento: JONICK A DUXIO
No. Orden:

Código Equipo: 0665866924
Fecha Inicio:
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

YALCA	DIRIO	CLASIFICADO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	RENTA ESTO CAMBIADO
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuja a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJO (SI/NO)		
	0665866924	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				General Alarma	No	SI					Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No			3. ESTADO DE MANDRUERAS		Buenos		Malos	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malu	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila E.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

Prueba / Simulación

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Fuga = 0 (Clara fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	SI
1	Pila Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo x LED amarillo y (L1-L2-E1)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta Pila electrónica	SI
4	Activación de vehículo de almacenamiento	Obtención manguera de sector de aire de compresor	SI
5	Otro:		
6	Otro:		

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuja a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJO (SI/NO)		
	0666866924	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIN DE MANTENIMIENTO	