ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remision: 29-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-331813 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

PROXIMA PERIODICIDAD (OPERACION DE SERVICIO)

FALLA	SIRVO	LIMPIEZA	ACTIVIDAD	CANTIDAD	EQUIPO	ELEMENTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

PRUEBAS DE OPERACIÓN Y CONTROLES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-EO)	SELLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	93726.6	94.3	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN MANGERA TUBO REFRIGERACION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERA BALBULAS DESICKS I				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lanzata de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-EO)	SELLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	93756	93.6	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: