



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAC-MAM-FR-008
Versión: 3
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-11-23 Remite a: Auxiliar Mantenimiento: **Javier Aguado** No. Orden:

Código Equip: **NA-2378B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, RANGO, PLAN/DIARIO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, RESPUESTA CARRILADO (SI/NO).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMÉTRICO, PRUEBAS DE ALARMA, NEBLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and a note: 'FUGA EN BARRILLAS DE SICLOS'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'SUUVIS DE ENCENDIDO', 'FILTR. AIRE EXTERNO'.

Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo 0 (Clara Rubinos)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión línea de flujo', 'Activación de sensor de flujo'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMÉTRICO, PRUEBAS DE ALARMA, NEBLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data and signature area.