

Fecha Revisión: **20-11-23** Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento \_\_\_\_\_ No. Orden \_\_\_\_\_

Código Equipo: **7F55 E2019070098** Fecha Inicio \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor \_\_\_\_\_ Fecha Fin \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
TALCA	BARRO	CSAMBIANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	NO	NO
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				SI	NO		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Demora Alarma	No	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2. RUÍDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malas					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	ANILLOS	2			
	FILTRO INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cierre hipotético)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	SI
2	Fujo Maltrato	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y URD amarillo y (L1-L3ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activador de válvula de alarm	Observa manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				SI	NO		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		

14989 64948 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI SI SI FIRMAS MANTENIMIENTO