

Fecha Remisión: **18-11-23** Remisión P: Auxiliar Mantenimiento: **Joviel Arduero** No. Orden:

Código Equipo: **NN-27409** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TALCA	RUJOS	CLASIFICADO			
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	USANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES	
					Descripción		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS				BASE	BASE (21-00)	BARRA (21-00)			RUIDOS
					(21-00)	(21-00)	(21-00)	(21-00)											
	7332	62	84.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	Cual?										
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mal						
4. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Anillos	2		Tamices	2
	Regulador de O ₂	1		Filtro Interno	1
	Kit Manguera Tomicas	1		MANGERA TUBO REFRIGERACION	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Clave Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-S1)	SI
2	Fuga Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-S1))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Detonancia línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alado	Obstruc manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	USANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES	
					Descripción		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS				BASE	BASE (21-00)	BARRA (21-00)			RUIDOS
					(21-00)	(21-00)	(21-00)	(21-00)											
	7337	65	85.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

FIRMA MANTENIMIENTO