



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-PR-008
Versión	2
Fecha Actualización: 17/10/2016	
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 02-10-23 Ramisión #: 196486 Artífice Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:
 Código Equipo: mr-327613 Fecha Inicio: 02-10-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 02-10-23

Equipo con Alarmas por Posible Falta	Fecha Inicio del Mantenimiento	Fecha Fin del Mantenimiento	Observaciones

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 Psi)	OXÍGENO (10% - 95%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS				OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (L.O-ES)	BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)			
	21100	6.4	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	RTR INICIA	1			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 Psi)	OXÍGENO (10% - 95%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS				OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (L.O-ES)	BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)			
	21102	6.3948	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO													