



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-PR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 02-10-23 Remisión #: 196486 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: []
Codigo Equipo: NN-4029 D Fecha Inicio: 02-10-23 Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: 02-10-23

Table with columns for equipment status and maintenance actions. Includes rows for 'EQUIPO CON MANTENIDO POR POSIBLE' and 'EQUIPO SIN MANTENIDO POR POSIBLE'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (mto).

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generó Alarma (No, Si), Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, X
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas, X, Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, X, Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: []
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Si, Con Sobrecalentamiento: No

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for Flujo a 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjetas de flujo, Activación de válvula de sifón.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Aprobado), FIRMA MANTENIMIENTO (Signature)