OXIPTO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: GAD-MAN-FR-008
		Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	02-10-23	Remisión #	196486	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-35943	Fecha Inicio	02-10-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	03-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA FUMIGACIÓN MANTENIMIENTO			FECHA FIN MANTENIMIENTO			

								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (6l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PANTALLA (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BATERIA (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	26740	6.4	94.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO		Tiempo de la prueba				Generó Alarma	No	X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza baja a. 89%.										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
5	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROTECTOR DISTREX	1		Tamices	2
	MARBELA TAMIZ	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (6l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PANTALLA (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BATERIA (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	26743	6.2	95.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner