ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-006
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	27-09-23	Remisión #	196124	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NV-2001B	Fecha Inicio	27-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	03-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
			TAMIZES	2	SI / No
			MANGUERA TAQUE OXIGENO	1	SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo = 0" (LO-ES)	FILTROS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	O-R (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	199879.5	953	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA = 87							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	no		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FLUJOMETRO	1		FILTRO INICIAL	1
	HORRIS DE MANGA	2		BALBULA DE PRECION	1
	ANILLOS	2		PILA	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo = 0" (LO-ES)	FILTROS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	O-R (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	199879.5	6.2	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner