ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	02-10-23	Remisión #	196486	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

Código Equipo	NN-3971B	Fecha Inicio	02-10-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	03-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				

			Acople a tablero		1		SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RODILLOS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
														mto
13182	6,6	94,2	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	no					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		S
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera a tanque oxigeno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta lines eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RODILLOS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
														Aprobado
13184	6	94,1	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner