



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-PR-010

Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2010

Página 1 de 2

Fecha Remisión: 23-09-23	Remisión #: 193870	Auxiliar Mantenimiento: Jan Diego Benjumea	No. Orden:
--------------------------	--------------------	--	------------

Código Equipo: NN-1261B	Fecha Inicio: 23-09-23	Hora Inicio Labor:	Fecha Fin: 04-10-23
-------------------------	------------------------	--------------------	---------------------

Equipo	Contaminado	Por	Placa	SI	NO	Inicio Mantenimiento	SITIO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS						ROEDAS	OBSERVACION	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"	01	02	03	04	05	06			07
20888	6,2	92,1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Poreza baja a 81%														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera tanque oxigeno			Tamices	2

No.	Prueba/Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujoómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión Jarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de almo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS						ROEDAS	FIRMA MANTENIMIENTO	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"	01	02	03	04	05	06			07
20888	95	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado