



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAL-MS-028
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2010
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 04-10-23 Remisión #: 144971 Atiende Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: []
Codigo Equipo: NU-3593B Fecha Inicio: 04-10-27 Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: 05-10-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination status.

PRUEBAS DE ALARMA section. Includes sub-sections for CICLADO, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE MANGUERAS, and SISTEMA DE REFRIGERACION. Contains handwritten notes and checkmarks.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests performed such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists materials used like 'Manguera Tongue Oz', 'Pilas', 'Accesorio tubo Humidificador', 'Tamices', and 'Alarma'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

PRUEBAS DE ALARMA section. Includes sub-sections for CICLADO, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE MANGUERAS, and SISTEMA DE REFRIGERACION. Contains handwritten notes and checkmarks.

11438

Aprobado [Signature]