



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-FR-009  
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 04-10-23 Remisión # 196649 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo NN-2709B Fecha Inicio 04-10-23 Hora Inicio Labor Fecha Fin 05-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI, No)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'mto' and 'Bueno'.

Table with 5 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: FILTRO TAMIZADO, MANGERA TANQUE OXIGENO, MANGERA TAMIZES.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierra flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

Main maintenance table (repeated) with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'Aprobado' and signature.