ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3058B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO O PRESENTADO DURANTE EL SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (± 1 PSI)	OXIGENO (18% - 99%)	FLUJOMETRO (0 - 15 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 - 5 S)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0,0 Lt)	REJILLAS (0 - 5 Vdc)	FILTROS (0 - 5 Vdc)	BASE (0 - 5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 5 VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 5 VDC)	RUEDAS (0 Vdc)	OBSERVACIONES
	18180	6,1	90,8											

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza baja a 86%.				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

KIT DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera a tanque oxigeno	1		Filtro interno	1
				TAMIZES	2

PROCESO DE AJUSTE PARA VERIFICACIÓN DE LAS LAS SEÑALES EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LR - EE)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LR-EE)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida no debe ser conectada	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (± 1 PSI)	OXIGENO (18% - 99%)	FLUJOMETRO (0 - 15 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0,0 Lt)	REJILLAS (0 - 5 Vdc)	FILTROS (0 - 5 Vdc)	BASE (0 - 5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 5 VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 5 VDC)	RUEDAS (0 Vdc)	OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO