



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 70
SADAM/FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Recibido en: _____ Asistir Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: _____

Código Equipo: **FF5AB2019020010** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **10-10-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALEX	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	AL REPORTES	REPUESTO / CAMBIADO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

EQUIPO	HORIZOMETRO	PRESION	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Fuga (SI/NO)	"Fuga a 5"				BASE (SI/NO)	RUEDA (SI/NO)			
S338	6,1	923	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	SI	Cuel?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mto
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Fuga + B (Cierre Subnormal)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
1	Fuga Normal	Se verifica activación de alarma local y sonora (LD Rojo o LD amarillo y LL-LD-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de Fuga	Desactiva línea alébrica	SI
4	Activación de vehículo de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

EQUIPO	HORIZOMETRO	PRESION	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Fuga (SI/NO)	"Fuga a 5"				BASE (SI/NO)	RUEDA (SI/NO)		
S339	6A929	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado [Firma]