| OXIPRO | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO |
|---|---|---|
| | | Código: GAD-MAN-FR-009 |
| | | Versión: 2 — Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | Juan Diego Benjumea | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

| Código Equipo | 7FSSE2010070378 | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 10-10-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO O OPERACIÓN DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4 - 7 PSI) | OXÍGENO (90% - 96%) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2172 | 6,5 | 95,4 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | no |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 3.5 V | Verifica voltaje de la pila | Ok |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | Es |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4 - 7 PSI) | OXÍGENO (90% - 96%) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2173 | 6,1 | 94,8 | Es | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

| FIRMA MANTENIMIENTO | [signature] |
|---|---|