OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 17/02/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	13-1023	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1509B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S / PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LD/ES)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANJA (S/No)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	20296	64	952	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ANILLOS	2		SUWUIS DE ENSENDIDO	1
	MANGERA TAMIZES	2		PILA	
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de suministro	
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S / PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LD/ES)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANJA (S/No)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	20297	64	95-2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO