



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: GAD-MKN-FR008
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/02/2019
Página: 1 de 2

Fecha Nacimiento: 13-10-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento No Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-321B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA Si NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPLUESTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'SISTEMA - ENVENTAJADO / CREADOR DE SERVICIOS'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO
Includes sub-sections: 1. CICLADO, 2. ESTADO DE MANGUERAS, 3. DAÑOS IDENTIFICADOS, 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten note: 'Pureza baja a 89.9'.

Tabla de pruebas con columnas: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for Pila, Fugas, Conexión eléctrica, etc.

Tabla de repuestos con columnas: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: Anillos, tambores, FILTROS LATERALES, FILTRO CENTRAL.

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LAMPARAS Y REPUESTOS EN CONFORMIDAD
Includes tests for Flujo de luz, Desconexión eléctrica, Desconexión lateral de flujo, etc.

Final summary table with columns: HORÓMETRO, PRESION, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values: 18444, 6.5, 95.6, etc.