

Fecha Revisión: **14-1023** Revisión # Asubar Mantenimiento No. Orden

Código Equipo: **NA-4525B** Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALDA	DANOS	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTES
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	SEÑAL		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	0107	64	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Generó Alarma	No	Si	Cuel?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO CENTRAL	1			
	FILTRO LATERAL	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre válvulas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - B2)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-B2))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión lejana de flujo	Desconexión flujo electrónica	
5	Activación de válvula de alivio	Obtener muestra de salida del aire en compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	SEÑAL		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	0108	63	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO