OXYPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	04-10-23	Remisión #	196985	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-28356	Fecha Inicio	09-10-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOVEDADES / OBSERVACIONES DEL SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
			Cable de poder	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Hz)	Pila (El-Hz)	"Flujo a 0" (LD-ED)	REJILLAS (El - Hz)	FILTROS (El - Hz)	BASE (El - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	MANIJA (El - MD)	RUEDAS (El-Hz)	OBSERVACIONES

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Tamices botan ceolita												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento						

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamizes	2			
	Filtro lateral	2			
	Filtro central	1			

PRUEBAS DE SEGURIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ED)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LD-ED)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Hz)	Pila (El-Hz)	"Flujo a 0" (LD-ED)	REJILLAS (El - Hz)	FILTROS (El - Hz)	BASE (El - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	MANIJA (El - MD)	RUEDAS (El-Hz)	OBSERVACIONES
153685964	05.2	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO