OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-020
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	12-1023	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN 17 78B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FIRMA DE USUARIO / OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(87%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
	2125	6-4	93.2	SI	SI	SI	FS	SI	SI	S-	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 78.8								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento				

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGERA TAMIZES	2		TAMIZES	2
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1		SWICHS DE ENSENDIDO	1
	FILTRO INTERNO			TARJETA FLUJO	

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS AL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta traza eléctrica	
	Activación de salida de aire	Obstruir manguera de salida de aire al concentrador	
	Otros		
	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(87%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-NO)	(Si-NO)	(Si-No)	
	2125	2.6	4 95.0	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO