OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-028
Version: 2 | Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 201023 | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NR-4519B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO CON PERDIDA DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTA	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO CENTRAL DESGASTE	1		SI	NO
			FILTRO LATERAL DESGASTE	2		SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOR POR PACIENTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5) lpm	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LS-LD-ES)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
24491	6.4	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES:

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	RUEDA	1		MANGERA Tubo de Aire	1
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 5 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5) lpm	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LS-LD-ES)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
24493	6.4	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: