



# OXIPRO SAS

		<b>REMISION</b>	
<b>EQUIPO:</b>	CONCENTRADOR PORTATIL	<b>SERIE:</b>	CBB0218510146 Bateria numero de serie : 2017048645
<b>MARCA - MODELO:</b>	FRESTYLE 3 MODOS	<b>FECHA DE INGRESO:</b>	22/10/2023
<b>VERIFICACION A CARGO DE:</b>	CAMILO ADNRES MARTINEZ		
<b>INGRESO</b>			
<b>FECHA</b>	22/10/2023		
Mal Estado:	Si _No X	Rayones	Si _NoX_
			Fisuras o golpes
			Si _NoX
<b>REVISION FUNCIONAMIENTO</b>			
Encendido normal:	Si X No_	Alarmas normales	Si X No_
<b>PRUEBAS</b>			
Saturación %:	87%	Batería buen estado	SiX No _
			Compresor funciona
			Si XNo_
* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz			
<b>ACCESORIOS Y ESTADO FISICO DEL SUS PARTES</b>			
cargador corriente, cargador automóvil, maletín canguro, correa canguro y bacteria, todos los elementos en buen estado y funcionales			
<b>DIAGNÓSTICO</b>			
se realiza verificación de equipo proveniente de shalom como nuevo.			
<b>PRUEBAS DE VERIFICACION</b>		<b>PASA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
modo 3		Si _No X	87%
modo 2		Si _No X	86%
modo 1		Si _No X	85%
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
<b>Realizo</b>	CAMILO ANDRES MARTINEZ	<b>Reviso</b>	
<b>Cargo</b>	JEFE INFRA. BIOMEDICA	<b>Cargo</b>	
<b>Fecha</b>	23-10-2023	<b>Fecha</b>	
<b>Firma</b>			