



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: GAD-MAN-FR-003
Version 2 Fecha Actualización: 17/05/2019
Página 1 de 2

Fecha Remolch: 23-10-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo: NW-310B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for FAULT, DAÑO, SEÑALIZADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, G. REPARACIÓN, and RESPUESTA CAMBIADO.

DETALLES ADICIONALES (DAÑOS POR FACILITAR)

Table with columns: Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OMBENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconectar, Fuga, "Fuga o 2"), REJILLAS, FLETRON, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 57746595.6, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: MANGERA TANQUES, MANGERA TANQUE OXIGENO.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujo + 5 (Cierre Subneto), Flujo Menor, Desconexión eléctrica, Desconexión Intera de Flujo, Activación de válvula de aire.

Table with columns: Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OMBENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRON, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 57786495.0, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.