OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-PR-029 |
| Versión: 3 | Fecha Actualización: 17/10/2016 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | 23-1023 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | NN-843 B | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ÍSTIMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXÍGENO (MPa - MPa) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13342 | 6.4 | 952 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXÍGENO (MPa - MPa) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13344 | 63 | 953 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO |