ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	24-1023	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	WV-43943	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORME DETALLADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REMONTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIHNTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJADA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	17010	6.4	93.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROCTETOR DISPIY	1		MANGERA TAMIZES	2
	FILTRO INTERNO				
	MANGERA TANQUE OXIGENO				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obturar manguera de salida de aire se comprime	
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJADA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	1701	6.4	94.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: