OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	25-1023	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3434B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO O PERIODO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5-7 PSI)	OXIGENO (60% - 80%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E3)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANUAL (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	12815	6.4	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Generó Alarma: No — Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PRESIO FUGAS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena — Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERO				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E3)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-L0-E3)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión latente de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire en comparador	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5-7 PSI)	OXIGENO (60% - 80%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E3)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANUAL (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	12815	6.4	952	SI	S	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO