



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAG-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 25-10-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo: HA-3535B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PALLA, BANO, CLASE BANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, NO. REPORTES, ADJUNTO CAMBIOS. Includes rows for Si/No and a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR

Main diagnostic form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes sub-sections for 'PRUEBAS DE ALARMA' and 'OBSERVACIONES'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists 'MANGERA TAM.2ES' and 'MANGERA TANQUE OXIGENO'.

Additional diagnostic form with sections: Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for 'Flujo a 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión Jaque de Fuego', 'Activación de válvula de escape'.

Final diagnostic form with columns: HUBIMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 230596795251, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.