ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 27-1023 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-38613 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPARTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

ENTIDAD TRASLADO CENTRADOR DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/ No)	Pila (S/ No)	"Flujo a 0" (LED)	RE/RLLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
	1449	6-4	943	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genera Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA en VALVULA de SICLOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERA TAMIZES	1		FILTRO INTERNO	1
Kit	MANGERA TANQUE OXIGENO	1		REMACHE VELCRO	1

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre fluómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
2	Activación de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/ No)	Pila (S/ No)	"Flujo a 0" (LED)	RE/RLLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
	1449	8	6	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: