OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAC-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	26-1023	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	2020080000210A	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA PRIORITARIO O PARADA DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORIOMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	BURBUJAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	5914	6.7	956	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			
	PILA				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre hujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tanque de flujo	Desconecta llave eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida no sale se comprime	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento (*)	HORIOMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	BURBUJAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	5914	6	955	5l	5l	5l	ES	5l	X	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO